

新丰县农业综合服务中心

报价邀请函

各合格供应商：

我中心兽医实验室计划采购一批动物疫病检测试剂，具体要求如下：

一、供应商资格要求

1.必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的经营主体；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入“信用中国”等网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（提供书面声明和网站查询结果）；

6.法律法规规定的其它条件。

二、采购项目技术规格、参数要求

1. 采购项目需求表

序号	试剂名称	规格	单位	数量
1	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	盒	2

2	布病竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	盒	1
3	新城疫试验抗原	2ml/瓶	瓶	1
4	H5 亚型禽流感血凝抑制试验抗原 (Re-14 株)	2ml/瓶	瓶	2
5	H7 亚型禽流感血凝抑制试验抗原 (Re-4 株)	2ml/瓶	瓶	4
6	口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	盒	2
7	DNA/RNA 核酸提取 (磁珠法) 试剂盒	48T/盒	盒	6
8	布病虎红平板凝集试验抗原	10ml/瓶	瓶	2
9	氢氧化钠	500g/瓶	瓶	1

2. 技术参数要求

序号	试剂名称	参考规格	技术参数
1	非洲猪瘟病毒荧光 PCR 检测试剂盒	50T/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格: ≥ 50 份/盒。 3. 灵敏度: 最低检测限 ≤ 1000 copies/mL。 4. 敏感性: $\geq 98\%$。 5. 特异性: $\geq 98\%$。 6. 稳定性: 批内及批间差异系数 (CV 值) $\leq 3\%$。 7. 反应条件: 37°C 2min, 95°C 20s; 95°C 10s, 60°C 30s, 40 个循环。在 60°C 延伸时收集荧光信号。 8. 有效期: ≥ 12 个月。
2	布病竞争 ELISA 检测试剂盒	96T*2/盒	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 试剂盒规格: ≥ 192 孔/盒, 检测样品类型包括猪牛羊血清。 3. 敏感性: $\geq 96\%$。 4. 特异性: $\geq 96\%$。 5. 稳定性: 批内及批间差异系数 (CV 值) $\leq 5\%$。 6. 有效期: ≥ 15 个月。

3	新城疫试验抗原	2ml/瓶	1. 规格: $\geq 2\text{mL}/\text{瓶}$ 。 2. 抗原血凝效价 $\geq 7\log 2$ 。 3. 有效期: ≥ 24 个月。
4	H5 亚型禽流感血凝抑制试验抗原 (Re-14 株)	2ml/瓶	1. 规格: $\geq 2\text{mL}/\text{瓶}$ 。 2. 抗原血凝效价 $\geq 7\log 2$ 。 3. 与其他 H 亚型禽流感病毒的血清交叉反应 $\leq 2\log 2$ 。 4. 有效期: ≥ 24 个月。
5	H7 亚型禽流感血凝抑制试验抗原 (Re-4 株)	2ml/瓶	1. 规格: $\geq 2\text{mL}/\text{瓶}$ 。 2. 抗原血凝效价 $\geq 7\log 2$ 。 3. 与其他 H 亚型禽流感病毒的血清交叉反应 $\leq 2\log 2$ 。 4. 有效期: ≥ 24 个月。
6	口蹄疫病毒 O 型竞争 ELISA 抗体检测试剂盒	96T*2/盒	1. 作用与用途: 用于检测猪、牛、羊等动物血清中的口蹄疫病毒 O 型抗体。 2. 试剂盒规格: ≥ 192 孔/盒。 3. 敏感性: $\geq 96\%$ 。 4. 特异性: $\geq 96\%$ 。 5. 稳定性: 批内及批间差异系数 (CV 值) $\leq 5\%$ 。 6. 有效期: ≥ 15 个月。
7	DNA/RNA 核酸提取 (磁珠法) 试剂盒	48T/盒	1. 适用于全自动核酸工作站, 提取样本中总 DNA/RNA。 2. 试剂盒含有完成核酸抽提全过程所需全部试剂。 3. 适用的样本类型: 全血、血清、血浆、唾液、各种拭子洗液、组织匀浆液上清、病毒保存液、培养液、尿液、粉末/颗粒饲料等。 4. 保存条件: $2^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 储存。 5. 病毒 DNA/RNA 回收率: $\geq 50\%$ 。 6. 试剂盒规格: 48 份/盒。 7. 保存期: ≥ 12 个月。

8	布病虎红 平板凝集 试验抗原	10ml/瓶	1. 具有农业农村部核发的兽药产品批准文号。 2. 本品主要成分为布氏菌 S2 株 (CVCC70502) 或 S2 和 A99 株 (CVCC70502 和 CVCC70203), 含量为与 1:45 稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应, 与 1:55 稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应。 3. 有效期: ≥ 12 个月。
9	氢氧化钠	500g/瓶	1. 产品等级: 分析纯。 2. 有效成分: $\geq 96\%$ 。 3. 保存期: ≥ 12 个月。

三、采购项目商务要求

1. 交货地点: 新丰县丰城街道东风路 8 号。

2. 供货要求:

(1) 需提供全新、原装, 并符合质量标准和技术参数的检测试剂。

(2) 试剂保存和运输需符合规定要求, 并按采购单位指定地点送货上门, 并保证各产品在规定的使用有效期内。

(3) 所有试剂在签订合同后 15 个工作日内送货上门。

(4) 所有试剂在供货后一个月内出现质量问题, 实行包退包换。

3. 付款方式: 需签订采购合同, 待所有试剂验收合格后, 开具发票后一个月内通过国库转账方式付清合同款。

四、其它规定

1. 报价资料要求: 按照供应商资格要求提供相关资料, 全部资料需加盖公司印章, 其中报价表单独密封提供。

2. 本邀请函如有与相关法律法规或当地采购规定相冲突的

或其它未明确事项，均以相关法律法规和采购方当地采购规定为准。


新丰县农业综合服务中心
2025年9月1日